INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Desenvolvido por:
AUTO RIBEIRO, LDA.

ARIEquipment

CE

Mesa de Instrumentos N8

N8

IFU-MESA-DE-INSTRUMENTOS-N8-REV.01

DATA DE EDIÇÃO: 13/07/2015
DATA DE REVISÃO: 04/08/2025
REVISÃO: 01

INDÍCE

Relação com o Cliente ---------- 3
Contactos ---------- 3
Notificação de Propriedade ---------- 3
Aviso Legal ---------- 3
Condições da Garantia Limitada ---------- 3
Aviso de Reações Adversas ---------- 3
Recomendação de Segurança ---------- 4
Mesa de Instrumentos N8 ---------- 5
Mesa de Instrumentos N8 Dados Gerais ---------- 6
Modo de Funcionamento/Utilização ---------- 7
Instalação e Fixação ---------- 8
Manutenção ---------- 9
Lubrificação ---------- 9
Lista de Pontos a Verificar ---------- 10
Desinfeção/Limpeza ---------- 11
Advertências ou Precauções a tomar na Eliminação Segura do Dispositivo ---------- 12
Registo de Formação ---------- 13
Registo de Manutenção ---------- 14

Relação com o Cliente

Para assistência na encomenda ou informações gerais:

Contactos

Auto Ribeiro, Lda. - Rua S. Caetano, 551
4410 - 494 Canelas
Vila Nova de Gaia, Portugal.

Telefone: (+351) 227 157 100

Website: www.arequipment.com

Notificação de Propriedade

A informação apresentada neste manual é propriedade da Auto Ribeiro e/ou dos seus parceiros autorizados. A Auto Ribeiro reserva todos os direitos relativos à propriedade intelectual, conceção exclusiva, fabrico, reprodução e comercialização do produto e das informações nele contidas, salvo se expressamente cedidos a terceiros.

Aviso Legal

Este manual contém instruções gerais de utilização, funcionamento e manutenção do produto, não sendo exaustivo. A utilização segura e correta é da exclusiva responsabilidade do utilizador.
As informações de segurança servem apenas como orientação, sendo obrigação do utilizador cumprir as normas e protocolos aplicáveis.
É essencial realizar formação adequada antes da utilização em contexto real.
Guarde este manual e assegure que acompanha o produto em caso de transferência. Cópias adicionais podem ser solicitadas ao Serviço de Apoio ao Cliente.

Condições da Garantia Limitada

Os produtos Auto Ribeiro estão abrangidos por uma garantia limitada, cujos termos e condições constam da documentação fornecida no momento da compra.
Informação completa sobre a garantia e respetivas limitações pode ser solicitada diretamente ao Serviço de Apoio ao Cliente da Auto Ribeiro.

Aviso de Reações Adversas

Em caso de evento adverso ou incidente grave relacionado com a utilização deste produto, o utilizador deve reportar o sucedido à Auto Ribeiro.
Para efetuar a comunicação diretamente à Auto Ribeiro, utilize os canais de contacto indicados neste manual.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

AVISO

Diretrizes Importantes de Segurança

Siga as instruções fornecidas para garantir uma operação segura.

Risco de queda ao mesmo nível – Tenha especial atenção ao manusear o equipamento, considerando o risco de queda no interior da viatura.

Risco de queda a diferentes níveis – Tenha especial atenção ao manusear o equipamento, considerando o risco de queda do interior para o exterior da viatura.

Risco de choque ou colisão com objetos móveis – Realize manutenções regulares para reduzir e/ou eliminar riscos decorrentes de peças com desgaste acentuado ou folgas.

Risco de sobrecarga ou esforço para o operador – Execute manutenção periódica para minimizar esforços excessivos durante a operação.

Riscos biológicos – Efetue limpezas regulares para reduzir o risco de contaminação.

A utilização de peças ou serviços não autorizados pode provocar acidentes ou falhas no equipamento.

Assegure que apenas sejam utilizados componentes e serviços aprovados pela Auto Ribeiro para manutenção e reparações. Utilize igualmente apenas acessórios aprovados pela Auto Ribeiro, garantindo assim a segurança e funcionalidade do produto.

O operador deve possuir experiência na utilização do equipamento e conhecimentos básicos de primeiros socorros. Durante a utilização, deve seguir rigorosamente as instruções; caso contrário, a empresa não se responsabiliza por eventuais riscos.

Os avisos indicam situações potencialmente perigosas.

É estritamente proibida a operação ilegal ou incorreta, assim como a sobrecarga, para evitar danos causados pelo uso inadequado do equipamento.

Desinfeção / Limpeza

Utilize detergentes/desinfetantes compatíveis com alumínio, aço inoxidável e borracha.

Ao limpar, verifique cuidadosamente a concentração recomendada pelo fabricante para evitar danos nos materiais do equipamento.

Enxague com uma quantidade limitada de água, seque o máximo possível e lubrifique os guias, barras e peças deslizantes.

Se o equipamento for utilizado em ambientes agressivos (ex.: ambientes salinos), recomenda-se realizar ciclos diários de lavagem e lubrificação para proteger as partes expostas.

O fabricante não se responsabiliza por danos causados pelo uso de produtos de limpeza inadequados que possam deteriorar os materiais das superfícies.

NOTIFICAÇÃO

Notificações realçam informações importantes, mas que não estão relacionadas com riscos.

Mesa de Instrumentos N8

Mesa de Instrumentos N8

Sobre

A Mesa de Instrumentos N8 é um grande bónus em alturas de maior stress, pois permite ter vários equipamentos à mão de forma segura e estável. Este produto é totalmente desenvolvido pela Auto Ribeiro.

A sua estrutura foi desenvolvida de raiz com materiais de elevada resistência, pensada para garantir robustez, estabilidade e durabilidade em contextos exigentes.

Distingue-se pela sua versatilidade, qualidade de construção e acabamento cuidado, sendo uma solução prática e eficaz para apoio a equipamentos diversos.



Características Técnicas

Peso: 5.8 kg

Dimensões fechado): 622 x 562 x 75 mm
Dimensões (aberto): 574 x 562 x 464 mm

Garantia: 2 anos

MODO DE FUNCIONAMENTO/UTILIZAÇÃO

1.º – Mesa de instrumentos para aparelhos médicos em uso.

2.º – Mesa de instrumentos para aparelhos médicos fechada.

INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO



PARA MONOBLOCO



PARA MACA

PONTO 1
1.º - Fecho (2 unidades).
2.º - Ganchos metálicos (2 unidades + 2 unidades).
3.º - Parafuso chata cruz umbrako M5x10 (2 unidades).
4.º - Fêmea M5 (2 unidades).
5.º - Fita de Velcro (2 unidades + 2 unidades).



PONTO 2



PONTO 3
1.º - Fêmea tapada M5 (2 unidades).
2.º - Perno M5x12 (2 unidades).
3.º - Fêmea tapada M5 (2 unidades).



PONTO 4

MANUTENÇÃO

- O equipamento necessita de manutenção regular para manter um correto funcionamento;
- Deve seguir um plano de manutenção regular para evitar falhas;
- Faça registos de manutenção do seu equipamento;
- Use peças de reposição originais e recomendadas pelo seu fabricante;
- Leia os dados de segurança do fabricante de cada produto.

A tabela seguinte apresenta intervalos mínimos recomendados de manutenção ao seu equipamento.

Desinfeção	Limpeza	Inspeção	Lubrificação
Em cada utilização	Em cada utilização Quando necessário	3 meses	Não aplicável

LISTA DE PONTOS A VERIFICAR

- Verifique se todos os componentes estão no equipamento;
- Verifique se existe algum desgaste excessivo ou anormal;
- Verifique se todos os parafusos, fêmeas, cavilhas, rebites e molas estão no equipamento;
- Verifique se todas as partes móveis e de rotação estão a funcionar suavemente;
- Verifique se o equipamento tem os cintos instalados corretamente;
- Verifique se os cintos estão em bom estado, sem cortes ou arranhões;
- Verifique se os encaixes dos cintos funcionam corretamente.

Não utilize jatos de água.
Não utilizar para limpeza detergente/desinfetante que tenham como componente Hipoclorito de Sódio.

DESINFEÇÃO/LIMPEZA

1. Desinfeção/Limpeza dos cintos
- Remova os cintos do equipamento;
- Limpe e desinfete os cintos com detergente/desinfetante compatível conforme as indicações de concentração sugerida pelo fabricante;
- Limpe com água morna em quantidade reduzida, seque o máximo possível e volte a aplicar no equipamento conforme indicações no manual de instruções.

2. Desinfeção/Limpeza do equipamento (Em cada utilização)
- Use detergente/desinfetante compatível com alumínio, aço inox e borracha;
- Para limpar, verifique cuidadosamente no produto a concentração sugerida pelo fabricante, para evitar danificar o equipamento (nota: primeiro teste o produto numa zona não visível e verifique se provoca danos);
- Limpe com água morna em quantidade reduzida, seque o máximo possível;
- Se operar num ambiente agressivo (por exemplo, ambiente salino), recomenda-se uma limpeza diária do equipamento para proteger as partes expostas;
- O fabricante não se responsabiliza por qualquer dano causado pelo uso de um produto de limpeza que possa danificar o material da superfície;
- Não use nenhum tipo de solvente ou diluente para limpeza do equipamento.

3. Inspeção
- Deve seguir um plano de inspeção regular para evitar falhas no equipamento, para não colocar em risco a segurança do paciente e dos operadores;
- É necessário verificar as peças usadas para fins de imobilização;
- Verificação do aperto dos elementos de conexão. Faça ajustes, se necessário.

Não utilize jatos de água.
Não utilizar para limpeza detergente/desinfetante que tenham como componente Hipoclorito de Sódio.

ADVERTÊNCIAS OU PRECAUÇÕES A TOMAR NA ELIMINAÇÃO SEGURA DO DISPOSITIVO

O presente dispositivo contém materiais que devem ser eliminados em conformidade com a legislação ambiental local aplicável. A eliminação incorreta pode representar riscos para a saúde pública e para o meio ambiente.

Instruções específicas:

1. **Separação de componentes**
   - **Antes da eliminação, separar os principais materiais:**
     - Estrutura metálica (alumínio);
     - Componentes em borracha e plástico;
     - Colchão (espuma e revestimentos sintéticos).

   - **Reciclagem e reutilização**
     - Sempre que possível, encaminhar os componentes metálicos (alumínio) para centros de reciclagem autorizados;
     - Os componentes plásticos e em borracha podem ter soluções específicas de valorização energética ou reciclagem.

Não eliminar:

Não deite este dispositivo no lixo doméstico ou indiferenciado. O utilizador final é responsável por garantir a eliminação segura, através de operadores autorizados.

Eliminação do dispositivo:

Este dispositivo é composto por estrutura metálica (alumínio), componentes em borracha e plástico, e um colchão em espuma com revestimento sintético.
No fim da sua vida útil, a eliminação deve ser feita separando os componentes por tipo de material e encaminhando-os para operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados.
A estrutura metálica deve ser reciclada como sucata de alumínio.
O colchão deve ser tratado como resíduo não perigoso, mas deve ser encaminhado segundo as orientações de resíduos hospitalares ou contaminados.
Não eliminar com resíduos domésticos. A eliminação inadequada pode pôr em risco a saúde pública e o ambiente.
Para mais informações, consulte a legislação aplicável em vigor ou contacte o fabricante.

REGISTO DE FORMAÇÃO

DATA	FORMAÇÃO REALIZADA	NOME

REGISTO DE MANUTENÇÃO

DATA	MANUTENÇÃO REALIZADA	NOME

REGISTO DE MANUTENÇÃO

DATA	MANUTENÇÃO REALIZADA	NOME

Mesa de Instrumentos N8

IFU-MESA-DE-INSTRUMENTOS-N8-REV.01

DATA DE EDIÇÃO: 05/01/2023
DATA DE REVISÃO: 04/08/2025
REVISÃO: 01

N8

Auto Ribeiro Lda